

# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt für Betreuende

## Einschulungsprotokoll

Klinik Penzing

Respiratory Monitoring Unit (RMU)


Tel. 01/91060/41440

**von**

Klebeetikett

Weitere Personen


# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt




## Indikation

- **Wechselintervall alle 7 Tage**
- **Notfallsituation**

# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt

## Materialien

- Absaugkatheter
- Kanüle
- Stoma-Öl-Tuch
- Spritze
- Ambu-Beutel
- Cuffdruckmesser
- Utensilien für den Tracheostoma-Verband



# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt


## Schritt 2

**Kontrollieren Sie die  
Kanülen-Größe und die  
Position der  
Feststellschraube**



## Schritt 3


**Entnehmen Sie die Kanüle  
so aus der Verpackung,  
dass der vordere Teil steril  
bleibt**





## Schritt 4


**Nehmen Sie die Kanüle an den Halteplatten und stellen Sie die Feststellschraube der neuen Kanüle gleich ein (Rand des Plastikteils)**






## Schritt 5

**Achten Sie auf die Position  
der Halteflügel  
(Flügel nach oben)**



## Schritt 6

**Durch Drehen des Feststellringes (um eine Vierteldrehung) fixieren Sie die Kanülen-Position**



## Schritt 7

**Überprüfen Sie, ob der Cuffballon dicht ist**

**Danach wieder vollständig entleeren**

**Den Ballon nicht mit den Fingern berühren!**



## Schritt 8

**Den vorderen Teil der Kanüle mit dem Stoma-Öl-Tuch abwischen**

**Cave: darauf achten, dass man die Spitze der Kanüle nur mit dem Tuch berührt**



## Schritt 9

**Überprüfen Sie die  
Dichtheit des Ambu-  
Beutels**





## Schritt 10


**Vor dem Kanülen-Wechsel  
1x absaugen**

**Ohne Sog einbringen  
und ...**



## Schritt 11

... **mit Sog** unter drehender Bewegung den Katheter herausziehen.





## Schritt 12

**Lösen Sie das Halteband  
und entfernen Sie den  
Verband**


**Bereiten Sie das neue  
Halteband vor**



## Schritt 13

**Entcuffen Sie den Ballon**

**Der Ballon muss ganz leer sein!**



## Schritt 14

**Führen Sie den  
Absaugkatheter ein**



**Hustenreiz wird ausgelöst!**



## Schritt 15

**Ziehen Sie die alte Kanüle  
samt dem Absaugkatheter  
heraus**

**Hustenreiz wird ausgelöst!**



## Schritt 16

**Führen Sie die neue Kanüle  
seitlich (90°) ein**


**Hustenreiz wird ausgelöst!**



## Schritt 17


**Drehen Sie die Kanüle  
beim Einführen nach  
unten (ohne Gewalt)**

**Hustenreiz wird ausgelöst!**



## Schritt 18

**Schließen Sie die  
Beatmungsmaschine  
wieder an**





## Schritt 19

**Legen Sie das Halteband an und „Cuffen“ Sie den Ballon wieder auf**



## Schritt 20

**Falls notwendig beatmen  
Sie den/die  
Patienten/Patientin mit  
dem Ambu-Beutel**



## Schritt 21

**Führen Sie nun eine  
Tracheostoma-Pflege durch**



# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt

Datum	Kommentar	HZ

# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt

Datum	Kommentar	HZ

# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt

Datum	Kommentar	HZ

# Tracheoflex-Wechsel Schritt für Schritt

Datum	Kommentar	HZ



# Tracheoflexwechsel Schritt für Schritt

Wurde auf diese Pfl egetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

Erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)